

Hà Trung, ngày 08 tháng 6 năm 2023

THƯ MỜI

**Chào giá cung cấp hàng hoá, trang thiết bị y tế
tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung năm 2023**

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp.

Hiện tại, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung đang có kế hoạch mua sắm một số hàng hoá, trang thiết bị y tế với thông tin chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Để có cơ sở triển khai gói thầu, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung kính mời các đơn vị quan tâm, có khả năng thực hiện tham gia báo giá cung cấp hàng hoá với nội dung cụ thể như file đính kèm.

- Địa chỉ nhận báo giá: Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung; Tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (SĐT liên hệ: 02373.621.303).

- Yêu cầu báo giá: 01 bản chính bằng tiếng Việt có đầy đủ dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp; ghi rõ ngày/tháng/năm báo giá và số điện thoại liên hệ. (Gửi bản cứng về địa chỉ nhận báo giá hoặc bản scan và các tài liệu liên quan về địa chỉ email: khoaduoc.bvdkhht@gmail.com).

- Thời hạn nhận báo giá: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày có thư mời báo giá.

Lưu ý: Giá báo giá đã bao gồm thuế VAT và toàn bộ các chi phí liên quan để thực hiện.

Hiệu lực của báo giá tối thiểu 30 ngày.

Mọi thông tin cần liên hệ: khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung (SĐT liên hệ: 02373.621.303) để được hỗ trợ.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD (VQ).

GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Chính

Phụ lục
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Thư mời báo giá ngày /6/2023 của Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung)

STT	TÊN HÀNG HOÁ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU
1	Máy đo huyết áp tự động cầm tay dùng trong y tế	Cái	05	A. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai nguyên kiện. - Sử dụng phù hợp với nguồn điện tiêu chuẩn của Việt Nam (220V/50Hz) B. Cấu hình - Máy chính: 01 cái - Vòng bít: 02 cái - Bộ dây chuyển nguồn AC: 01 bộ - Bộ pin theo máy: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật - Máy đo huyết áp tự động, cầm tay, chuyên dụng, dùng trong các cơ sở y tế - Sử dụng được 2 chế độ đo: đo dao động và phương pháp nghe tim sử dụng ống nghe - Chế độ hoạt động: Vận hành liên tục. Máy đủ bền bỉ để chịu được mức độ sử dụng liên tục ở bệnh viện. - Nguồn: Dùng được hai chế độ: pin có thể sạc lại hoặc nguồn điện. - Màn hình: LCD 7 đoạn - Chỉ số đo: tối thiểu 02 chỉ số: Huyết áp không xâm lấn (NIBP), nhịp tim. + Phương pháp đo bơm hơi động lực tuyến tính + Dải hiển thị áp suất: 0-300mmHg (± 3mmHg) + Phạm vi đo: ✓ HA không xâm lấn: Tâm thu từ 60-250 mmHg, tâm trương từ 40-200 mmHg (± 5mmHg) ✓ Nhịp tim: 40-200 nhịp/phút D. Yêu cầu khác - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng - Có cam kết hỗ trợ cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu trong vòng 05 năm

STT	TÊN HÀNG HOÁ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	THÔNG SỐ KỸ THUẬT TỐI THIỂU
2	Máy rửa dạ dây 2 bình	Cái	01	A. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai nguyên kiện. - Sử dụng phù hợp với nguồn điện tiêu chuẩn của Việt Nam (220V/50Hz) B. Cấu hình - Máy chính: 01 cái - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, bao gồm tối thiểu các chi tiết sau: + Dây nguồn: 01 cái; + Bình nhựa 01 lít: 04 bình; + Xô nhựa đựng nước rửa dung tích tối thiểu 10 lít: 02 cái; + Dây hút silicon dài tối thiểu 1m: 03 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật 1. Áp lực rửa : $\geq 2\text{L/phút}$ 2. Dung lượng rửa: 250-350 mL/phút, dung lượng hút: 300 -450 mL/phút 3. Độ ồn : $\leq 65\text{dB(A)}$ 4. Dung tích bình : 10L/bình , 2 bình 5. Công suất đầu vào: 250VA 6. Nguồn điện: - Sử dụng được trên nguồn điện lưới AC220V; 50Hz - Phân loại điện: lớp I, loại BF 8. Chế độ làm việc: Hoạt động liên tục D. Yêu cầu khác - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng - Có cam kết hỗ trợ cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu trong vòng 05 năm