

Hà Trung, ngày 03 tháng 7 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc cung cấp trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.
- Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Vũ Thị Quỳnh
- Chức vụ: Phó Trưởng khoa Dược
- Số điện thoại: 0963.372.272
- Địa chỉ email: khoaduoc.bvdkhht@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá được tiếp nhận bằng một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung; Tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (SĐT liên hệ: 0963.372.272 – Ds.Quỳnh).

- Nhận qua email: khoaduoc.bvdkhht@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 04/7/2023 đến trước 17h ngày 13/7/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (13/7/2023).

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD (VQ).

GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Chính

Phụ lục
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 17/2023 của Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung)

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan	Số lượng	ĐVT	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán
1	Máy đo huyết áp tự động cầm tay dùng trong y tế	A. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai nguyên kiện. - Sử dụng phù hợp với nguồn điện tiêu chuẩn của Việt Nam (220V/50Hz) B. Cấu hình - Máy chính: 01 cái - Vòng bít: 02 cái - Bộ dây chuyển nguồn AC: 01 bộ - Bộ pin theo máy: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật - Máy đo huyết áp tự động, cầm tay, chuyên dụng, dùng trong các cơ sở y tế - Sử dụng được 2 chế độ đo: đo dao động và phương pháp nghe tim sử dụng ống nghe - Chế độ hoạt động: Vận hành liên tục. Máy đủ bền bỉ để chịu được mức độ sử dụng liên tục ở bệnh viện. - Nguồn: Dùng được hai chế độ: pin có thể sạc lại hoặc nguồn điện. - Màn hình: LCD 7 đoạn - Chỉ số đo: tối thiểu 02 chỉ số: Huyết áp không xâm lấn (NIBP), nhịp tim. + Phương pháp đo bơm hơi động lực tuyến tính + Dải hiển thị áp suất: 0-300mmHg (± 3mmHg) + Phạm vi đo: ✓ HA không xâm lấn: Tâm thu từ 60-250 mmHg, tâm trương từ 40-200 mmHg (± 5mmHg) ✓ Nhịp tim: 40-200 nhịp/phút D. Yêu cầu khác - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng - Có cam kết hỗ trợ cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu trong vòng 05 năm	05	Cái	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	30 ngày	- Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Dự kiến Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan	Số lượng	ĐVT	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán
		A. Yêu cầu chung - Thiết bị mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai nguyên kiện. - Sử dụng phù hợp với nguồn điện tiêu chuẩn của Việt Nam (220V/50Hz) B. Cấu hình - Máy chính: 01 cái - Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ, bao gồm tối thiểu các chi tiết sau: + Dây nguồn: 01 cái; + Bình nhựa 01 lít: 04 bình;	01	Cái	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	30 ngày	- Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Dự kiến Trong vòng 60 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.
2	Máy rửa dạ dày 2 bình	+ Xô nhựa đựng nước rửa dung tích tối thiểu 10 lít: 02 cái; + Dây hút silicon dài tối thiểu 1m: 03 cái - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh + tiếng Việt: 01 bộ C. Chỉ tiêu kỹ thuật 1. Áp lực rửa : $\geq 2\text{L/phút}$ 2. Dung lượng rửa: 250-350 mL/phút, dung lượng hút: 300 -450 mL/phút 3. Độ ồn : $\leq 65\text{dB(A)}$ 4. Dung tích bình : 10L/bình , 2 bình 5. Công suất đầu vào: 250VA 6. Nguồn điện: - Sử dụng được trên nguồn điện lưới AC220V; 50Hz - Phân loại điện: lớp I, loại BF 8. Chế độ làm việc: Hoạt động liên tục D. Yêu cầu khác - Bảo hành: tối thiểu 12 tháng - Có cam kết hỗ trợ cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, vật tư tiêu hao và phụ tùng thay thế tối thiểu trong vòng 05 năm					