

Hà Trung, ngày 26 tháng 9 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc cung cấp trang thiết bị y tế; linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua linh kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.
- Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Vũ Thị Quỳnh
- Chức vụ: Phó Trưởng khoa Dược
- Số điện thoại: 0963.372.272
- Địa chỉ email: khoaduoc.bvdkhht@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá được tiếp nhận bằng một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung; Tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (SĐT liên hệ: 0963.372.272 – Ds.Quỳnh).

- Nhận qua email: khoaduoc.bvdkhht@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 27/9/2023 đến trước 17h ngày 09/10/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (09/10/2023).

II. Nội dung yêu cầu báo giá


Chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD (vq).

GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Chính

Phụ lục
DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 26/9/2023 của Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung)

STT	Thông tin trang thiết bị cần cung cấp linh kiện	Danh mục hàng hoá mời chào giá	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan	Số lượng	ĐVT	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán
1	Tấm nhận ảnh Xquang (DR Digital X-ray Image Detector) Model: iDR3543 Hãng SX: GE Healthcare Nước sản xuất: Trung Quốc	Bộ pin dùng cho tấm nhận ảnh Xquang (DR Digital X-ray Image Detector) hãng GE Healthcare	A. Yêu cầu chung - Hàng mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai nguyên kiện. - Sử dụng phù hợp với nguồn điện tiêu chuẩn của Việt Nam (220V/50Hz) B. Cấu hình 01 Bộ gồm - Viên pin Li-Ion: 06 viên (dung lượng định mức 1460 mAh) - Cầu chì - Mạch bảo vệ - Mạch đo nhiên liệu - FETs nguồn - Vỏ bọc C. Chỉ tiêu kỹ thuật - Công suất định mức: $\geq 31\text{Wh}$ - Điện áp định mức: 11,1V - Mức điện xạc: 12,6V - Chế độ xạc: 02 chế độ: chế độ dòng điện không đổi (CC) + chế độ điện áp không đổi (CV) - Kích thước (Dài*Rộng*Cao): $243\pm 0,3\text{ mm} * 103\pm 0,3\text{ mm} * 6,5\pm 0,2\text{ mm}$ - Có chế độ hiển thị dung lượng còn lại của pin - Chuẩn kết nối: 1747367-1, TE D. Yêu cầu khác - Bảo hành: tối thiểu 03 tháng đối với các lỗi do nhà sản xuất.	02	Bộ	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	60 Ngày	- Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Dự kiến Trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.