

Hà Trung, ngày 05 tháng 10 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Về việc cung cấp trang thiết bị y tế, linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.
- Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Vũ Thị Quỳnh
- Chức vụ: Phó Trưởng khoa Dược
- Số điện thoại: 0963.372.272
- Địa chỉ email: khoaduoc.bvdkhht@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá được tiếp nhận bằng một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung; Tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (SĐT liên hệ: 0963.372.272 – Ds.Quỳnh).

- Nhận qua email: khoaduoc.bvdkhht@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 06/10/2023 đến trước 17h ngày 26/10/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (26/10/2023).

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD (VQ).

GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Chính

Phụ lục
DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 05/10/2023 của Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung)

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan	Số lượng	ĐVT	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán
1	Bình chứa dịch 2 lít dùng cho máy hút dịch	Bình chứa dịch, dung tích 2 lít, đầu ống kết nối kích thước phi 6-8mm	02	Chiếc	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	- Dự kiến giao hàng trong vòng 10 ngày	- Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Dự kiến Trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.
2	Bóng 9W/71	Bóng đèn 9W/71	10	Cái			
3	Bóng đèn dùng cho bộ đặt nội khí quản	Bóng đèn dùng cho bộ đặt nội khí quản	10	Cái			
4	Bóng halogen 250W 24V có choá	Bóng halogen 250W 24V có choá	20	Cái			
5	Chổi rửa dây nội soi dùng 1 lần dùng cho dây nội soi Olympus	Đường kính chổi 5mm, chiều dài chổi 20mm; đường kính ống Catheter 1.8mm, chiều dài làm việc 230cm.	10	Cái			
6	Nắp chụp đầu bảo vệ dây soi dùng cho dây nội soi Olympus	Nắp chụp đầu bảo vệ dây soi; Phù hợp với dây nội soi Olympus	02	Cái			
7	Dây điện châm dùng cho máy châm cứu 6 giắc model KWD-808 I	Dây điện châm tương thích với máy điện châm	60	Cái			
8	Dây thở Silicone 2 bể nước (người lớn)	Được làm bằng silicone, cấu hình bao gồm: 1 đoạn dây dài 1,2m gồm 02 bể nước, 01 đoạn dây dài 0.6m nối bình làm ẩm, 01 cút chữ Y, 2 cút thẳng 22M-22M	01	Chiếc			
9	Điện cực kẹp chi dùng trong y tế	Gồm 4 kẹp, tương thích với máy điện tim	05	Bộ			
10	Điện cực ngực dùng cho máy điện tim nihon koden	Gồm 6 điện cực, tương thích với máy điện tim	05	Bộ			
11	Kìm gấp dị vật dùng 1 lần	Kìm gấp dị vật dùng một lần, đường kính ngoài vỏ ống: 1.8mm, 2.4mm; Chiều dài làm việc: 1200 mm; ĐK kênh làm việc 2.0mm	03	Cái			