

Hà Trung, ngày 13 tháng 11 năm 2023

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua bổ sung hoá chất, vật tư tiêu hao tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.
- Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Vũ Thị Quỳnh
- Chức vụ: Phó Trưởng khoa Dược
- Số điện thoại: 0963.372.272
- Địa chỉ email: khoaduoc.bvdkhht@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá được tiếp nhận bằng một trong các cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược - Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung; Tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (SĐT liên hệ: 0963.372.272 – Ds.Quỳnh).

- Nhận qua email: khoaduoc.bvdkhht@gmail.com.

Báo giá thực hiện theo mẫu đính kèm.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 14/11/2023 đến trước 17h ngày 24/11/2023.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (30/11/2023).

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KD (vq).

GIÁM ĐỐC



Vũ Văn Chính

Phụ lục
DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 15/11/2023 của Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung)

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan	Số lượng	ĐVT	Địa điểm cung cấp lắp đặt	Thời gian giao hàng dự kiến	Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán
1	Test thử đường huyết sử dụng cho máy đo đường huyết CareSens N	- Phạm vi đo: 1.1-33.3 mmol/L. Thời gian đo: 5 giây. - Thành phần: Glucose oxidase (Aspergillus sp.): 2,7 đơn vị Hexaammineruthenium (III) clorua: 45,7 µg Các thành phần khác: 1,6 µg - Loại mẫu: Máu mao mạch toàn phần. - Phương pháp Enzyme: GOD (Glucose oxydase). - Nhiệt độ hoạt động: 10-40 độ C. Độ ẩm: 10-90%. Hồng cầu: 15-65%. - Độ chính xác: >=96,8%	500	Test	Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung	05 Ngày kể từ ngày có dự trữ. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 12 tháng	- Tạm ứng: Không. - Thanh toán: Dự kiến Trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ hàng hoá và chứng từ thanh toán.
2	Băng keo lụa y tế kích thước 2,5cm x 9,1m	- Kích thước 2,5cm x 9,1m - Băng có cấu tạo nền vải lụa : 50 - 70%, Phủ lớp keo Acrylate (30-50%), Polyme: < 1%, không chứa mùn cao su, độ dính tốt, ít gây dị ứng và không sót keo khi tháo băng ra. - Có thể được xé theo 2 chiều một cách dễ dàng và thuận tiện - Bền chắc, thông thoáng cho da, chống thấm nước.	1.500	Cuộn			
3	Dây bơm dùng cho máy huyết học CELLTAC α; MEK-6420K, MEK-6510K (hãng sx: NIHON KONDEN)	Dây bơm tương thích với máy huyết học	7	Cái			
4	Băng dính vô trùng vải không dệt, có gạc, cố định kim lùn, size 60x80mm	Băng dính (băng keo) có gạc, cố định kim lùn, size 60x80 mm. Chất liệu: vải sợi polyester không đan dệt, có lỗ thoáng khí, co giãn tốt. Keo Acrylic bám dính tốt, ít dị ứng. Thiết kế xẻ rãnh giúp cố định kim lùn dễ dàng. Gạc thấm hút mạnh, có phủ lớp lưới. Polyethylene chống bám dính vết thương.	15.000	Miếng			
5	Túi đựng máu đơn	Dung tích 250ml để đựng máu toàn phần. Trong túi có 35ml dung dịch chống đông máu Citrate Phosphate Dextrose Adenine Solution (CPDA-1) (100ml CPDA_1 chứa: Citric Acid :0,299g; Sodium Citrate: 2,63g, Monobasic Sodium phosphate:0,222g, Dextrose: 3,19g, Adenine 0,0275g, nước vừa đủ 100ml). Chất liệu: Túi và ống dây lấy máu làm từ nhựa PVC y tế. Kim lấy máu cỡ 16G, phủ silicon. Có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu. Mỗi túi đóng gói riêng biệt, vô trùng.	30	Túi			