

Hà Trung, ngày tháng 6 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc cung cấp hàng hoá thuộc lĩnh vực thiết bị y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm, lắp đặt Máy đo thính lực sàng lọc tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung; với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.
- Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Bùi Thanh Sơn
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Vật tư, thiết bị y tế
- Số điện thoại: 02373.621.126
- Địa chỉ email: phongvattu.bvdkhht@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá được tiếp nhận theo cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung; tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (SĐT liên hệ: 02373.621.126; Ths. Bùi Thanh Sơn).

- Nhận qua email: phongvattu.bvdkhht@gmail.com.

Báo giá được lập theo mẫu đính kèm.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày nhận được Yêu cầu báo giá đến trước 17h ngày 04/7/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (04/7/2025).

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết tại phụ lục đính kèm

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./.(Phúc)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu phòng VTTYT.

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Chính

Phụ lục I
DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày /6/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung)

STT	Tên hàng hóa	Thông số kỹ thuật tối thiểu
1	Máy đo thính lực sàng lọc	I. YÊU CẦU CHUNG - Chất lượng máy: mới 100% - Đạt tiêu Chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện: 220V/50Hz - Điều kiện môi trường hoạt động: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$ + Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$
		II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Máy chính: 01 bộ - Các phụ kiện tiêu chuẩn bao gồm: + Chụp tai đường khí: 01 cái + Cáp đựng: 01 cái + Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh; tiếng Việt: 01 quyển + Bộ nguồn: 01 bộ
		III. CHỈ TIÊU KỸ THUẬT - Dải tần số + Dải tần số tối thiểu đạt được: 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 6000 và 8000 Hz + Độ chính xác: +/- 2% - Độ méo âm: <2% - Mức âm lượng đầu ra: -10dBHL đến 100dBHL $\pm 3\text{dB}$
Tổng số 01 khoản./.		