

Hà Trung, ngày 17 tháng 6 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc cung cấp hàng hoá thuộc lĩnh vực thiết bị y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy xét nghiệm huyết học đa thông số tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung; với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.
- Địa chỉ: Tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Bùi Thanh Sơn
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Vật tư, thiết bị y tế
- Số điện thoại: 02373.621.126
- Địa chỉ email: phongvattu.bvdkhht@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá được tiếp nhận theo cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Vật tư, thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung; tiểu khu 5, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (SĐT liên hệ: 02373.621.126; Ths. Bùi Thanh Sơn).

- Nhận qua email: phongvattu.bvdkhht@gmail.com.

Báo giá được lập theo mẫu đính kèm.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày 17/6/2025 đến trước 17h ngày 27/6/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (27/6/2025).

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết tại phụ lục đính kèm

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./.(Phúc)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu phòng VTTYT.

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Chính

Phụ lục I
DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày 17/6/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa
huyện Hà Trung)

STT	Tên hàng hoá	Đơn vị tính	Số lượng	Dự kiến ngày giao hàng
1	Máy xét nghiệm huyết học đa thông số	Bộ	01	90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
	*Yêu cầu chung			
	- Sản xuất năm 2024 trở về sau			
	-Thiết bị mới 100%.			
	- Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương			
	- Có Giấy uỷ quyền hợp pháp của nhà sản xuất hoặc đại lý phân phối của nhà sản xuất.			
	*Yêu cầu về cấu hình:			
	- Máy chính: 01 chiếc			
	- Dây nguồn: 01 chiếc			
	- Bộ phụ kiện tiêu chuẩn: 01 bộ			
	- Bộ tải mẫu tự động: 01 bộ			
	- Bộ máy vi tính: 01 bộ			
	- Bộ hóa chất demo: 01 bộ			
	- Tài liệu sử dụng Tiếng Anh: 01 bộ			
	- Tài liệu sử dụng Tiếng Việt: 01 bộ			
	› Đặc điểm, thông số kỹ thuật:			
	1. Thông số kỹ thuật:			
	Phương pháp đo:			
	- WBC, RBC, PLT: Đo trở kháng hoặc tương đương			

- HBG: sử dụng hóa chất không cyanide			
- Phân tích dòng tế bào (FCM), tán xạ laser bán dẫn, nhuộm hóa học, kênh Baso độc lập.			
- Thông số đo:			
- Máy xét nghiệm ≥ 27 thông số đo			
- ≥ 3 biểu đồ phân tích hồng cầu, bạch cầu và tiểu cầu.			
- 1 biểu đồ tán xạ đặc tính tế bào máu.			
Công suất:			
≥ 60 mẫu/giờ			
Chương trình QC			
- ≥ 4 chương trình QC			
- Có khả năng ghi ≥ 300 điểm dữ liệu ghi trên 1 file.			
Thể tích mẫu:			
- Chế độ (CBC+DIFF): 20 μ L			
- Chế độ CBC: 15uL			
Kết nối:			
- Có kết nối 2 chiều			
2. Tính năng:			
- Có chế độ tự động nạp mẫu, chạy ≥ 30 mẫu 1 lần			
- Có khả năng đánh dấu mẫu bất thường			
- Có khả năng lưu trữ ≥ 40.000 kết quả bao gồm các thông số và biểu đồ, và ≥ 60 tệp dữ liệu kiểm chuẩn (QC)			
- Có khả năng kết nối 2 chiều với hệ thống thông tin phòng xét nghiệm (LIS)			

Các thông tin lưu ý khác:

- Đơn giá là giá trọn gói, đã bao gồm thuế VAT, các loại thuế, phí khác theo qui định của pháp luật; chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hà Trung.

- Tạm ứng: Không.

- Thanh toán: Dự kiến Trong vòng 90 ngày kể từ ngày bàn giao đầy đủ chứng từ thanh toán.