

Hà Trung, ngày tháng 7 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc cung cấp hàng hoá thuộc lĩnh vực thiết bị y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm, lắp đặt Máy điện trị liệu đa năng dùng trong y tế tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung; với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.
- Địa chỉ: Tiểu khu 5, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Bùi Thanh Sơn
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Vật tư, thiết bị y tế
- Số điện thoại: 02373.621.126
- Địa chỉ email: phongvattu.bvdkhht@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá được tiếp nhận theo cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ phòng Vật tư, thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung; Tiểu khu 5, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (Liên hệ Ths. Bùi Thanh Sơn; 02373.621.126).

- Nhận qua email: phongvattu.bvdkhht@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày nhận được Yêu cầu báo giá đến trước 17h ngày 17/7/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (17/7/2025).

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết tại phụ lục đính kèm

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./.(Phúc)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTYT.

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Chính

Phụ lục I
DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày /7/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Trung)

STT	Tên hàng hoá	Thông số kỹ thuật tối thiểu (hoặc tương đương hoặc tốt hơn)	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy điện trị liệu đa năng dùng trong y tế	1. Yêu cầu chung:	Bộ	01
		- Máy mới 100%.		
		- Năm sản xuất: 2024 trở về sau.		
		- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc tương đương		
		2. Cấu hình thiết bị:		
		- Máy chính: 01 Chiếc		
		- Điện cực cao su chì: 04 Cái		
		- Đệm bọc điện cực: 04 Cái		
		- Phần mềm ngôn ngữ Tiếng Việt		
		- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh/Việt: 01 Bộ		
		3. Thông số kỹ thuật:		
		- Thiết bị có khả năng kích thích độc lập 2 kênh và có thể điều chỉnh cường độ cho điều trị với tần số trung bình và tần số thấp		
		- Tiêu chuẩn an toàn: I- loại BF		
		- Màn hình rộng, hiển thị đầy đủ các thông số điều trị		
		- Có chương trình được cài đặt sẵn		
		- Bộ nhớ không giới hạn		
		- Nguồn cấp: 115-230V, 50/60Hz		
		4. Điều kiện khác:		
		- Bảo hành: tối thiểu 12 tháng		
		- Thiết bị được bàn giao, lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thành thạo tại Bệnh viện		