

Hà Trung, ngày tháng 7 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ
Về việc cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực thiết bị y tế

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng Máy chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung Năm 2025; với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.
- Địa chỉ: Tiểu khu 5, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Bùi Thanh Sơn
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Vật tư, thiết bị y tế
- Số điện thoại: 02373.621.126
- Địa chỉ email: phongvattu.bvdkhht@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá được tiếp nhận theo cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ phòng Vật tư, thiết bị y tế, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung; Tiểu khu 5, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (Liên hệ Ths. Bùi Thanh Sơn; 02373.621.126).

- Nhận qua email: phongvattu.bvdkhht@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày nhận được Yêu cầu báo giá đến trước 17h ngày 21/7/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (21/7/2025).

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết tại phụ lục đính kèm

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./.(Phúc)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, VTYT.

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Chính

Phụ lục I
DANH MỤC DỊCH VỤ

(Kèm theo Yêu cầu báo giá ngày /7/2025 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Trung)

STT	Tên thiết bị y tế	Nội dung dịch vụ	Đơn vị tính	Số lượng	Dự kiến ngày hoàn thành dịch vụ
1	Máy chạy thận nhân tạo	Về cơ khí - Vệ sinh làm sạch vỏ trong, vỏ ngoài máy, làm sạch gỉ và sơn phủ các phần bị gỉ. - Vệ sinh, bổ sung dầu, mỡ của các chi tiết máy: Bơm, van, màng lọc... - Vệ sinh và thay thế hệ thống lọc gió máy. - Căn chỉnh hệ thống bơm áp lực, van áp lực. - Căn chỉnh hệ thống bơm máu và bơm Heparin. - Thay thế các dây dẫn (nếu cũ, hỏng, bị dò rỉ). Về thông số máy - Căn chỉnh các chỉ số về lưu lượng, áp lực máu, dịch đạt chuẩn. - Căn chỉnh, hiệu chỉnh máy để đạt chuẩn các chỉ số điện giải của máy. - Cập nhật phần mềm, sửa lỗi (nếu có). Xử lý sự cố - Khi có bất kỳ sự cố liên quan đến máy: + Hỗ trợ xử lý từ xa: Đáp ứng tất cả các cuộc gọi khi máy gặp sự cố. + Nếu không khắc phục được sau khi hỗ trợ từ xa: Có mặt trực tiếp để xử lý, thời gian đến được nơi lắp đặt máy tính từ 0 giờ 00 phút của ngày liền sau ngày báo sự cố: Tối đa 24 giờ.	Máy	09	12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
Tổng số 01 khoản./.					