

Hà Trung, ngày tháng 12 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Về việc mua lõi lọc thay thế cho hệ thống lọc nước RO
phục vụ quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo

Kính gửi: Các nhà sản xuất, các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa Hà Trung có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu “Mua sắm lõi lọc thay thế cho hệ thống lọc nước RO phục vụ quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá:

- Tên chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.
- Địa chỉ: Thôn 5, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Nguyễn Thái Hưng
- Chức vụ: Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán
- Số điện thoại: 0915245333
- Địa chỉ email: hungkt7@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Báo giá được tiếp nhận theo cách thức sau:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung; Thôn 5, xã Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (Liên hệ Nguyễn Thái Hưng; 0915245333).

- Nhận qua email: hungkt7@gmail.com

Báo giá được lập theo mẫu đính kèm.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ ngày nhận được Thư mời báo giá đến trước 17h ngày 18/12/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày kết thúc nhận báo giá (18/12/2025).

II. Nội dung yêu cầu báo giá

Chi tiết tại phụ lục đính kèm

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của Quý đơn vị./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.(Hung)

GIÁM ĐỐC

Vũ Văn Chính

Phụ lục
DANH MỤC DỊCH VỤ

(Kèm theo Thư mời báo giá ngày /12/2025 về việc mua lõi lọc thay thế cho
hệ thống lọc nước RO phục vụ quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo
của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Trung)

TT	Tên hàng hoá, vật tư	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Lõi lọc nước RO - Lõi lọc áp thấp; - Lõi lọc thẩm thấu ngược RO; - Khả năng loại bỏ muối >98,00% - Nhiệt độ làm việc lớn nhất: 113°F; - Dải PH hoạt động: 2-11; - Lưu lượng nước xử lý: 9.8m ³ / ngày; Mật độ chỉ số bùn đầu vào (SDI) 5.	Cái	08	
2	Lõi lọc xác vi khuẩn - Lõi lọc xếp ly (gấp nếp) , độ sạch cao; - Vật liệu: Polypropylen; - Độ dài: 10 inch; - Cấp độ lọc: 02µm; - Đường kính trong: 28/30mm; - Đường kính ngoài: 68mm	Cái	24	
3	Lõi lọc 5.20 - Vật liệu: Polypropylen; - Độ dài: 20 inch; - Cấp độ lọc: 5µm; - Đường kính trong: 28/30mm; - Đường kính ngoài: 60/63mm.	cái	20	
Tổng cộng: 03 khoản./.				

Giá đã gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, bốc xếp và các chi phí khác có liên quan./.